eRZECZOZNAWCY

WYCENA WARTOŚCI



WETERYNARYJNY ANALIZATOR BIOCHEMICZNY SMT-120V

Zamawiający wycenę:	**Siemens Finance Sp. z o.o.** **ul. Żupnicza 11, 03-821 Warszawa**
Numer zlecenia:	27/09/07/2026/Siemens Finance Pion Windykacji
Numer wewnętrzny:	8785
Nr fabryczny:	120005839
Autor wyceny:	Inż. Artur Kawęcki

CEL I PRZEZNACZENIE WYCENY

Celem wyceny jest określenie wartości rynkowej i wartości dla wymuszonej sprzedaży przedmiotu wyceny dla potrzeb określenia ceny wywoławczej na aukcji, na rzecz Siemens Finance.

IDENTYFIKACJA PRZEDMIOTU WYCENY

W dniu 10.07.2026r. przeprowadzono oględziny w miejscowości Słomczyn, ul. Metalowa 10, 05-600 Grójec.

Przedmiotem wyceny jest weterynaryjny analizator biochemiczny SMT-120V wykorzystywany do diagnostyki krwi zwierząt bezpośrednio w gabinecie weterynaryjnym. Umożliwia kompleksowe badanie wątroby, nerek, trzustki oraz profilu lipidowego, elektrolitów i stanów zapalnych. Znajduje zastosowanie w małych i średnich labolatoriach.

DANE IDENTYFIKACYJNE

Nazwa:	Weterynaryjny analizator biochemiczny
Producent:	SEAMATY
Typ/model:	SMT-120V
Numer fabryczny:	120005839
Czas pracy:	Brak
Rok produkcji:	2020

PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE

Objętość próbki:	90-120 µl
Rodzaj próbki:	Krew pełna, surowica, osocze
Metoda badania:	Punkt końcowy, kinetyczny, czas stały i mętność
Źródło światła:	12V/20W halogenowa lampa wolframowa
Zasada badania:	Spektroskopia absorpcyjna, turbidymetria transmisyjna
Waga:	4 kg
Pamięć:	Do 500 000 wyników
Zasilanie:	230V
Wyposażenie:	Drukarka termiczna Przewód zasilający

STAN TECHNICZNY I DOKUMENTACJA

Urządzenie znajduje się w hali magazynowej, zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych.

W trakcie oględzin urządzenie podłączono do zasilania i uruchomiono. Dokonano przejścia przez menu, nie stwierdzono błędów, otworzono tackę na próbki. Brak możliwości pełnego sprawdzenia w działaniu w warunkach magazynowych ze względu na brak przeszkolonego operatora. Istnieje ryzyko wystąpienia wad i niesprawności oraz braków w kompletacji w warunkach pracy.

Urządzenie nosi typowe ślady zużycia eksploatacyjnego –zarysowania, zabrudzenia itp.

Dodatkowo stwierdzono:

- obudowa – starcie powłoki lakierowej, zarysowania,

Szczegółowy stan urządzenia na załączonej dokumentacji zdjęciowej.

Na tabliczce znamionowej znajduje się znak CE co jest deklaracją producenta że urządzenie spełnia wymagania dyrektyw UE.

Do oględzin nie okazano paszportu technicznego, instrukcji obsługi, historii serwisowania, eksploatacji. Brak informacji odnośnie ważnego przeglądu technicznego.

Stan urządzenia określa się jako dostateczny.

Przestawiono dokumentację środka technicznego:

1. Fakturę zakupu

Uwaga:

Oględziny przedmiotu zostały przeprowadzone na placu i dotyczyły sprzętu poleasingowego, bez możliwości weryfikacji w działaniu i/lub uruchomienia. W związku z tym ocena stanu technicznego opiera się wyłącznie na oględzinach wizualnych.

W związku z tym istnieje możliwość ujawnienia uszkodzeń i usterek poza opisanymi w wycenie, w trakcie uruchomienia i eksploatacji przedmiotu.

Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin przedmiotu we własnym zakresie, najlepiej przy udziale wybranego serwisu lub mechanika/serwisanta, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego i kompletności przed udziałem w aukcji.

CE:

Rzeczoznawca nie dokonał weryfikacji, czy przedmiot spełnia wymagania dyrektywy maszynowej UE. Ocena stanu technicznego maszyny opiera się wyłącznie na oględzinach oraz informacjach umieszczonych na tabliczce znamionowej, a także na ewentualnie okazanej dokumentacji. Dokumentacja ta nie była jednak weryfikowana pod kątem jej poprawności ani kompletności. Zalecamy przeprowadzenie dodatkowej weryfikacji zgodności maszyny z wymogami dyrektywy maszynowej we własnym zakresie, przed udziałem w aukcji i rozpoczęciem użytkowania.

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE

Sporządzający niniejszą wycenę zastrzega, że:

- Niniejsza wycena została sporządzona wyłącznie w celu określenia wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnych innych celów niż wskazane w niniejszym opracowaniu. W szczególności nie stanowi podstawy do oceny stanu technicznego ani przydatności przedmiotu wyceny do zakupu.
- Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu wyceny, zarówno prawne, jak i fizyczne, ani za skutki wynikające z jego dalszej eksploatacji lub wykorzystania niniejszej wyceny.
- Niniejsza wycena nie stanowi ekspertyzy technicznej przedmiotu wyceny i nie może być za taką uznawana. Określona wartość rynkowa nie stanowi gwarancji uzyskania ceny sprzedaży na wskazanym poziomie.
- Niniejsza wycena nie może być publikowana, kopiowana ani rozpowszechniana w całości lub w części bez uprzedniej zgody sporządzającego oraz uzgodnienia formy i zakresu jej wykorzystania.
- Wycena została sporządzona na podstawie dostarczonej dokumentacji oraz oględzin przedmiotu wyceny przeprowadzonych metodą organoleptyczną. Nie wykonywano badań diagnostycznych, pomiarów specjalistycznych ani weryfikacji warsztatowej.
- Ocenę przedmiotu wyceny przeprowadzono w warunkach istniejących w miejscu i czasie udostępnienia obiektu do oględzin.
- Nie weryfikowano poprawności, autentyczności ani zgodności numerów identyfikacyjnych i seryjnych przedmiotu wyceny z dokumentacją, jak również nie potwierdzano prawdziwości danych przekazanych przez zleceniodawcę.

DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA








eamaty®
Biochemical Analyzer
Input: 15V ⎓ 7.0A
Input Power: 105Wmax
Model: SMT-120V
30/10/2020
SN:
Chengdu Seamaty Technology Co.,Ltd

SEAMATY


SMT-120V
Initialization...
0%
SMT-120V


Setting
Sample Data
QC Data
Prepare Analysis


Hospital
HospitalName
Auto print report after test
Instrument ID
Model
All log files
Print instrument flags
Print abnormal sample flags
Printer
External
Internal
print clinical significance
Factory Reset
System Time
LIS Settings
Import data
Upgrade
Assay Info
QC
Other Settings
Save
Back




Biochemical Analyzer
Model: SMT-120V
Input: 15V ⎓ 7.0A
Input Power: 105Wmax
30/10/2020
SN:
120005839
Chengdu Seamaty Technology Co.,Ltd
POWER
DC 15V⎓7A
USB
USB






Seamaty
SMT-120V

