WYCENA WARTOŚCI

Zamawiający wycenę:	Siemens Finance ul. Żupnicza 11,03-821 Warszawa
Numer zlecenia:	133/19/06/2026/Siemens Finance Pion Windykacji
Numer wewnętrzny:	8753
Wykonawca wyceny:	Przemysław Kalużny
Przedmiot wyceny:	Wewnątrzustny aparat rentgenowski Planmeca ProX
Nr fabryczny:	IPX039946
Data sporządzenia wyceny:	08-07-2026



Cel i przeznaczenie wyceny

Celem wyceny jest określenie wartości rynkowej i wartości dla wymuszonej sprzedaży przedmiotu wyceny dla potrzeb określenia ceny wywoławczej na aukcji, na rzecz Siemens Finance.

Przedmiot wyceny

W dniu 01.07.2026r. przeprowadzono oględziny przez rzeczoznawcę: Rafał Choromański przy ul. Cylichowskiej 6, 04-769 Warszawa.

Przedmiotem wyceny jest cyfrowy aparat rentgenowski do diagnostyki stomatologicznej 2D/3D Planmeca ProMax 3D. Przeznaczony do wykonywania punktowych zdjęć zębów oraz tkanek okołowierzchołkowych w diagnostyce stomatologicznej. Urządzenie znajduje zastosowanie w gabinetach stomatologicznych i współpracuje z cyfrowymi sensorami, płytkami fosforowymi oraz filmami RTG, zapewniając wysoką jakość obrazów przy niskiej dawce promieniowania.

Dane identyfikacyjne i techniczne

Nazwa:	Wewnątrzustny aparat rentgenowski
Producent:	Planmeca
Typ/model:	ProX
Numer fabryczny:	PX039946
Rok produkcji:	08-09-2021
Czas pracy:	brak
Zasilanie:	220V
Ogniskowa lampy:	0,4mm
Prąd anodowy:	2–8 mA
Czas ekspozycji:	0,01–2,0 s
Średnica tubusu:	60 mm
Masa własna:	Ok 29kg
Wyposażenie:	głowica rentgenowska z lampą RTG, ramię pozycjonujące z możliwością precyzyjnego ustawienia, tubus panel sterowania z zaprogramowanymi parametrami ekspozycji, mikroprocesorowy generator wysokiej częstotliwości, uchwyt montażowy przewody zasilające i elementy montażowe

Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Urządzenie w dniu oględzin znajdowało się w oryginalnym opakowaniu producenta i nie było wcześniej użytkowane. Zostało rozpakowane z kartonu w celu identyfikacji, wykonania dokumentacji fotograficznej oraz weryfikacji tabliczki znamionowej i kompletności wyposażenia.

Nie wykonano próby działania z uwagi na fabrycznie nowy stan urządzenia oraz konieczność jego kompletnego montażu i instalacji zgodnie z wymaganiami producenta, co mogłoby wiązać się z ryzykiem utraty właściwości handlowych lub powstania uszkodzeń podczas ponownego pakowania i transportu.
Podczas oględzin nie stwierdzono uszkodzeń mechanicznych ani śladów użytkowania.

Stan przedmiotu na dzień oględzin określa się jako doskonały.

Na tabliczce znamionowej znajduje się oznakowanie CE, stanowiące deklarację producenta o zgodności wyrobu z wymaganiami obowiązujących dyrektyw Unii Europejskiej.

Przedstawiono dokumentację środka technicznego:
Faktura zakupową
Instrukcje obsługi

Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa poniżej.




INTRAORAL X-RAY UNIT
Serial No.:
IPX039946
08.09.21
220V - 240V ~
Type: ProX
10031461
LBL-Z-026C
Complies with
DHHS radiation
performance
standards
21 CFR
Subchapter J.








PLANMECA
Planmeca ProX
Installation quick guide






PLANMECA


INTRAORAL X-RAY UNIT
Serial No.:
IPX039946
08.09.21
220V - 240V ~
Type: ProX
Complies with
DHHS radiation
performance
standards
21 CFR
Subchapter J.
CONFORMS TO