OPINIA O WARTOŚCI

Nr opinii: LL-i-307268-2025
Przedmiot opinii: Frezarka podologiczna z pochłaniaczem pyłu Hadewe Helius 2
Nr seryjny: 0973250488

Autor wyceny: mgr inż. Bogdan Boguszewski

Suwałki, 10 października 2026 roku

01. ZAMAWIAJĄCY OPINIĘ

LeaseLink Sp. z o. o.
Grochowska 306/308
03-840 Warszawa

02. PRZEDMIOT OPINII O WARTOŚCI

Frezarka podologiczna

03. CEL OPINII O WARTOŚCI

Celem opinii jest oszacowanie indywidualnej wartości rynkowej urządzenia i jego wartości likwidacyjnej przy sprzedaży w warunkach wymuszonych.

Aby spełnić cel i przeznaczenie wyceny określone potrzebą zleceniodawcy należy ustalić wartość rynkową przedmiotu wyceny oraz wartość likwidacyjną przy sprzedaży w warunkach wymuszonych. Opinia o wartości jest zgrubnym i wstępnym oszacowaniem jego wartości z uwzględnieniem tylko niektórych, wybranych i dostępnych bezpośrednio podczas opiniowania, atrybutów mających znaczenie dla wyniku. Opinia o wartości daje większe odchyłki wyniku niż oszacowanie wartości, jest obarczona większą niepewnością i nie może być utożsamiana z wyceną wartości. Poniżej przytoczono definicję tego rodzaju wartości, która pozostaje w związku z celem i przeznaczeniem wyceny, a mianowicie wartość rynkowa.

WARTOŚĆ RYNKOWA jest definiowana jako racjonalnie określona ilość pieniędzy, którą chętny kupujący będzie skłonny zaoferować chętnemu sprzedającemu w zamian za przedmiot transakcji przy założeniu równości stron, bez istnienia żadnego przymusu wpływającego na decyzję o zakupie i sprzedaży, przy pełnej znajomości przedmiotu i okoliczności transakcji, w określonym, danym czasie. Zakłada się odpowiednio długi czas wyeksponowania przedmiotu sprzedaży nieograniczonym, tzn. o wolnym dostępie do rynku.

RYNKOWA WARTOŚĆ LIKWIDACYJNA PRZY SPRZEDAŻY WYMUSZONEJ
jest to przewidywana cena, która może być uzyskana ze sprzedaży środków technicznych na prawidłowo ogłoszonym i przeprowadzonym przetargu publicznym, aukcji lub licytacji, przy konieczności bezzwłocznej sprzedaży i przy założeniu, że sprzedawca jest zmuszony do transakcji poprzez okoliczności zaś środki techniczne sprzedaje się w takim stanie i w takim miejscu w jakim się one aktualnie znajdują.

Powyższa wartość uwzględnia m.in. rodzaj i zastosowanie urządzeń, ich wytwórcę, konstrukcję, wyposażenie, stan techniczny i wiek środka technicznego, okres eksploatacji, a także warunki popytu i podaży określające atrakcyjność rynkową poprzez stopień utraty wartości.

Podstawą wyceny w wyżej wymienionym celu są, w zakresie możliwym do przeprowadzenia:
− szczegółowa identyfikacja przedmiotu wyceny,
− ustalenia dotyczące kompletności i sprawności,
− ustalenia dotyczące skutków eksploatacji i możliwości dalszego użytkowania.

04. DATA I MEJSCE OGLĘDZIN

Oględzin dokonano w dniu 2 października 2026 roku w magazynie Europejskie Centrum Remarketingu
Sp. z o.o. ul. Żytnia 2, 05-555 Tarczyn

Oględziny przeprowadził: Paweł Bidziński

05. PROCEDURA SZACOWANIA WARTOŚCI

5.1 Nazwa środka technicznego, marka, model wytwórca, rok produkcji, nr fabryczny:

Frezarka podologiczna
Producent: HADEWE GmbH
Model: Helius 2
Typ: 0973
Nr fabryczny: 973250488
Rok produkcji/początek użytkowania: 2025/2025

5.2 Skrócony opis techniczny, podstawowe dane znamionowe:

Frezarka podologiczna
Obroty: 6.000 – 40.000 obr./min
Dwa silniki: szczotkowy i bezszczotkowy
Moc pochłaniania: 550 W
Długość rączki: 148 mm
Średnica rączki: 17-22 mm
Waga rączki: 138 g
Wymiary: szerokość 273 x wysokość 142 x głębokość 186 mm
Ciężar całkowity: ok. 4 kg
Głośność: <59 dB
Kolor: biały

5.3 Uwagi o pochodzeniu, stanie technicznym i eksploatacji

Przedstawiona do oględzin frezarka podologiczna została zakupiona jako nowa w czerwcu 2025 roku. Jest ona w wizualnie dobrym stanie technicznym. a obudowach zewnętrznych widoczne są zarysowania eksploatacyjne, zabrudzenia i ślady użytkowania. Na głowicy roboczej i przewodzie głowicy widoczne są otarcia plamy i zabrudzenia. Frezarka po podłączeniu do zasilania uruchamia się. Urządzenie reaguje na sterowanie przyciskami zmieniając prędkość obrotową silników. Brak jest informacji na temat intensywności wykorzystania urządzenia w okresie minionym, a także przeprowadzanych napraw i czynności obsługowych. Brak informacji na temat gwarancji urządzenia. Do frezarki dołączone są instrukcja obsługi, wycior do czyszczenia, klucz, papierowy worek oraz opakowanie fabryczne.

Opracował: mgr inż. Bogdan Boguszewski

Dokument wystawiony elektronicznie ważny bez podpisu.

ZASTRZERZENIA OGRANICZAJĄCE

1. Niniejsze opracowanie nie może być wykorzystane do żadnego innego celu niż określony w punkcie 03 i nie może być publikowane w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
2. Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
3. Wykonawca nie ponosi także odpowiedzialności za ewentualne wady wyceny powstałe w wyniku oparcia się o przekazane przez użytkownika informacje, jeśli brak było podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem faktycznym.
4. Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane.
5. Nie badano poprawności numerów identyfikacyjnych obiektu (nr fabryczny).
6. Nie badano tytułu użytkowania ani tytułu własności wycenianego obiektu oraz ewentualnego istnienia ograniczonych praw rzeczowych.

Załącznik nr 1: Dokumentacja zdjęciowa






KOSMED




Typ: 0973
Helius²
SN 0973250488
PRI: 230V~, 50Hz, 0,9A
F1: 315mA träge
F2, F3: 3,15A träge
n: 6000 - 40000 1/min
hadewe GmbH
Grambartstr. 10
30165 Hannover
2025 Germany
0973250488




ewe
16000
ius²


6000










hadewe
Ručně
Käyttöohje
Használati útmutató
Manuale
Naudotojo vadovas
Lietošanas instrukcija
Instrukcja obsługi
Инструкция
Manual
SACÍ JEDNOTKY
IMUYKSIKÖT
SZÍVÓEGYSÉGEK
UNITÀ DI ASPIRAZIONE
SIURBIMO ĮTAISAI
ATSŪKNĖŠANAS IERĪCE
URZĄDZENIA Z FOCHŁANIACZEM
АПАРАТ С ПЫЛЕСОСОМ
INSUGSENHETER
hadewe
Manual
Helius 2
hadewe
Gebrauchsanleitung
Fußpflegegerät
Helius 2




CE
hadewe
Grambartstraße 10 - 30165 Hannover - Germany
Helius 2
SN 25 0488
Art. 0973
Lagerung & Transport:
Storage & Transport:
1060 hPa
500 hPa
95%
10%
+55°C
-5°C
FB.05-33 Rev 1


beauty & medical equipment
hadewe
Helius 2