WYCENA WARTOŚCI

Zamawiający wycenę:	Siemens Finance ul. Żupnicza 11,03-821 Warszawa
Numer zlecenia:	151/19/06/2026/Siemens Finance Pion Windykacji
Numer wewnętrzny:	8772
Wykonawca wyceny:	Przemysław Kalużny
Przedmiot wyceny:	Kompresor bezolejowy do zastosowań stomatologicznych EKOM DK 50 2V/M
Nr fabryczny:	V7406-02-2023
Data sporządzenia wyceny:	08-07-2026



Cel i przeznaczenie wyceny

Celem wyceny jest określenie wartości rynkowej i wartości dla wymuszonej sprzedaży przedmiotu wyceny dla potrzeb określenia ceny wywoławczej na aukcji, na rzecz Siemens Finance.

Przedmiot wyceny

W dniu 01.07.2026r. przeprowadzono oględziny przez rzeczoznawcę: Rafał Choromański przy ul. Cylichowskiej 6, 04-769 Warszawa.

Przedmiotem wyceny jest kompresor bezolejowy do zastosowań stomatologicznych EKOM DK 50 2V/M. Jest to urządzenie służące do wytwarzania czystego, sprężonego powietrza bez zanieczyszczeń olejowych. Stosowany głównie w gabinetach stomatologicznych, placówkach medycznych oraz laboratoriach do zasilania urządzeń pneumatycznych.

Dane identyfikacyjne i techniczne

Nazwa:	Kompresor bezolejowy do zastosowań stomatologicznych
Producent:	EKOM
Typ/model:	DK 50 2V/M
Numer fabryczny:	V7406-02-2023
Rok produkcji:	03-02-2023
Czas pracy:	brak
Zasilanie:	230V
Ciśnienie robocze:	6-8 bar
Wielkość zbiornika:	25l
Wydajność efektywna:	ok. 115–120 l/min
Wymiary:	460x535x690mm
Masa własna:	58kg
Wyposażenie:	Moduł osuszania sprężonego powietrza MONZUN MD, nr seryjny: X8499-01-2023

Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Urządzenie w dniu oględzin znajdowało się w oryginalnym opakowaniu producenta i nie było wcześniej użytkowane. Zostało rozpakowane z kartonu w celu identyfikacji, wykonania dokumentacji fotograficznej oraz weryfikacji tabliczki znamionowej i kompletności wyposażenia.

Nie wykonano próby działania z uwagi na fabrycznie nowy stan urządzenia oraz konieczność jego kompletnego montażu i instalacji zgodnie z wymaganiami producenta.
Podczas oględzin nie stwierdzono uszkodzeń mechanicznych ani śladów użytkowania.

Stan przedmiotu na dzień oględzin określa się jako doskonały.

Na tabliczce znamionowej znajduje się oznakowanie CE, stanowiące deklarację producenta o zgodności wyrobu z wymaganiami obowiązujących dyrektyw Unii Europejskiej.

Przedstawiono dokumentację środka technicznego:
Faktura zakupową
Instrukcje obsługi

Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa poniżej.


MONZUN MD
SN X8499-01-2023
7 bar
S1
140 l/min
4,7 kg
REF 603022487-000
AHD100721-3A-G
8750377-MX
ekom
EKOM spol. s r. o.
SK-921 01 PIEŠŤANY
SLOVAK REPUBLIC
40320101A1-300
Dental compressor DK50 2V/M; 230V/50Hz
DK230088
2023-02-03
email
62,0 Kg
58,0 Kg
STERN WEBER POLSKA sp. z o.o., Kosmatki 26, 03-982 Warszawa
POLAND


ekom
MONZUN MD
SN X8499-01-2023
7 bar
S1
140 l/min
4,7 kg
REF 603022487-000
(99)08580000000000
(21)X8499-01-2023
AHD100721-3A-G
8750377-MX
01.12.2022
603032009-002

