WYCENA WARTOŚCI

Zamawiający wycenę:	Siemens Finance ul. Żupnicza 11,03-821 Warszawa
Numer zlecenia:	141/19/06/2026/Siemens Finance Pion Windykacji
Numer wewnętrzny:	8770
Wykonawca wyceny:	Przemysław Kalużny
Przedmiot wyceny:	Sterylizator parowy Tuttnauer T-Edge 10-W
Nr fabryczny:	22031758
Data sporządzenia wyceny:	08-07-2026



Cel i przeznaczenie wyceny

Celem wyceny jest określenie wartości rynkowej i wartości dla wymuszonej sprzedaży przedmiotu wyceny dla potrzeb określenia ceny wywoławczej na aukcji, na rzecz Siemens Finance.

Przedmiot wyceny

W dniu 01.07.2026r. przeprowadzono oględziny przez rzeczoznawcę: Rafał Choromański przy ul. Cylichowskiej 6, 04-769 Warszawa.

Przedmiotem wyceny jest sterylizator parowy Tuttnauer T-Edge 10-W. Jest to autoklaw klasy B, przeznaczony do sterylizacji narzędzi medycznych, stomatologicznych, weterynaryjnych i laboratoryjnych za pomocą nasyconej pary wodnej pod ciśnieniem. Urządzenie stosowane jest w gabinetach lekarskich, stomatologicznych, klinikach weterynaryjnych oraz laboratoriach do bezpiecznej sterylizacji narzędzi przed ich ponownym użyciem.

Dane identyfikacyjne i techniczne

Nazwa:	Sterylizator parowy
Producent:	Tuttnauer
Typ/model:	T-Edge 10-W
Numer fabryczny:	22031758
Rok produkcji:	2022
Czas pracy:	brak
Zasilanie:	220V
Wymiary komory:	250x460mm
Wymiary zewnętrzne:	480x500x580mm
Moc:	2000W
Liczba tac:	5
Masa własna:	53kg
Interfejsy:	Ethernet, 2 × USB, Wi-Fi

Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Urządzenie w dniu oględzin znajdowało się w oryginalnym opakowaniu producenta i nie było wcześniej użytkowane. Zostało rozpakowane z kartonu w celu identyfikacji, wykonania dokumentacji fotograficznej oraz weryfikacji tabliczki znamionowej i kompletności wyposażenia.

Nie wykonano próby działania z uwagi na fabrycznie nowy stan urządzenia oraz konieczność jego kompletnego montażu i instalacji zgodnie z wymaganiami producenta.
Podczas oględzin nie stwierdzono uszkodzeń mechanicznych ani śladów użytkowania.

Stan przedmiotu na dzień oględzin określa się jako doskonały.

Na tabliczce znamionowej znajduje się oznakowanie CE, stanowiące deklarację producenta o zgodności wyrobu z wymaganiami obowiązujących dyrektyw Unii Europejskiej.

Przedstawiono dokumentację środka technicznego:
Faktura zakupową
Instrukcje obsługi
Deklarację zgodności w UE

Zastrzeżenia ograniczające


Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:


- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa poniżej.


TOCLAVE - STEAM STERILIZER
Input:
Max.Pr.: 2.8 bar
230 V
AC ±10%
10 A
1 Ph
50/60 Hz
2200 W
22031758
TOCLAVE - STEAM STERILIZER
Input:
Max.Pr.: 2.8 bar
230 V
AC ±10%
10 A
1 Ph
50/60 Hz
2200 W
22031758
PKM101-0124
KolDental
CAUTION


STOP!
To avoid damaging
this unit during installation
remove all packing material
from the chamber
immediately after turning
the machine on.
TUTTNAUER AUTOCLAVE - STEAM STERILI
T-Edge 10-W
22031758
Chamber SN 22031758
Tuttnauer
Innovation · Legacy · Partnership
TABLE-TOP AND VERTICAL
AUTOCLAVE LOG BOOK
Tuttnauer
Operation and Maintenance Manual
WARRANTY REGISTRATION CARD


Tuttnauer
Operation and Maintenance Manual
TABLE-TOP AND VERTICAL AUTOCLAVE LOG BOOK
WARRANTY REGISTRATION CARD
Declaration of Conformity
According to Annex IV of Directive 2014/68/EU
EC CERTIFICATE
Full Quality Assurance System
DEKRA
0344
GENERAL DATA SHEET
PED 2014/68/EU
APPROVED BY RESPONSIBLE CHARGE ENGINEER JOAN RAZ