WYCENA WARTOŚCI

Zamawiający:	Siemens Finance ul. Żupnicza 11,03-821 Warszawa
Numer zlecenia:	177/15/04/2025/Siemens Finance Pion Windykacji
Numer wewnętrzny:	8568
Wykonawca:	Artur Kawęcki
Przedmiot wyceny:	Urządzenie medyczne CLASSYS ULTRAFORMER III
Nr fabryczny:	CUR21L036
Data sporządzenia wyceny:	23-04-2025



Cel i przeznaczenie wyceny

Celem wyceny jest określenie wartości rynkowej i wartości dla wymuszonej sprzedaży przedmiotu wyceny dla potrzeb określenia ceny wywoławczej na aukcji, na rzecz Siemens Finance.

Przedmiot wyceny

W dniu 17.04.2025r. przeprowadzono oględziny na terenie magazynu Famat Serwis, Ostrowiec 1A, 05-650 Chynów.

Przedmiotem wyceny jest urządzenie medyczne CLASSYS ULTRAFORMER III, wykorzystywane do nieinwazyjnego ujędrniania skóry twarzy, szyi, ciała. Urządzenie wykorzystuje technologię ultradźwięków HIFU – High Intensity Focused Ultrasound, czyli wysokoenergetyczną falę ultradźwiękową, która selektywnie podgrzewa tkankę skórną. Znajduje zastosowanie w branży medycznej i kosmetycznej.

Dane identyfikacyjne i techniczne

Nazwa:	Urządzenie medyczne
Producent:	CLASSYS
Model:	ULTRAFORMER III
Numer fabryczny:	CUR21L036
Rok produkcji:	2021
Energia:	0.1-3.0 J
Odstęp między impulsami:	1-2 mm
Długość impulsu:	5.0-25 mm
Waga:	35 kg
Wymiary:	500x515x1310 mm
Zasilanie:	230 V
Wyposażenie:	Przewód zasilający Głowice – 2 szt. Kluczyk – 2 szt.

Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Urządzenie zmagazynowane na hali – zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych.

W trakcie oględzin urządzenie podłączono do zasilania i uruchomiono. Urządzenie uruchomiło się, dokonano przejścia przez menu – nie stwierdzono nieprawidłowości. Brak możliwości pełnego sprawdzenia w działaniu ze względu na brak kartridży. Istnieje ryzyko wykrycia wad i niesprawności oraz braków w kompletacji.

Na tabliczce znamionowej znajduje się znak CE co jest deklaracją producenta że urządzenie spełnia wymagania dyrektyw UE.

Stwierdzono ślady zużycia eksploatacyjnego – zarysowania, zabrudzenia.

Dodatkowo stwierdzono:

- kartridże 6 szt. – brak,

Stan urządzenia określono jako dobry.

Do oględzin nie okazano instrukcji obsługi.

Na podstawie danych z paszportu, urządzenie uruchomiono 14.07.2022r. Brak informacji odnośnie wykonywanych przeglądów technicznych. Brak ważnego przeglądu technicznego.

Przestawiono dokumentację środka technicznego:

1. Fakturę zakupu
2. Paszport techniczny

Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa poniżej.








(01)08800016900026
(11)211206
(21)CUR21L036
Focused Ultrasound Therapeutic Equipment
ULTRAFORMER III
Model: UF3-M300
Rating: 100-240V~, 50/60Hz, 500VA
Weight: 35kg
CUR21L036
21.12.06
0068
Please read user's manual carefully before use.
Classys Inc.
Made in Korea
M1 Promedi Consulting GmbH










CUR21L036HPBE1
V-2029 210819.


CUR21L036HPBE2
V-2029 210819.






ULTRAFORMER III


ULTRAFORMER III
0.0 J
STANDBY
CLASSYS


PASZPORT TECHNICZNY
OPTOPOL