WYCENA WARTOŚCI

Zamawiający wycenę:	Siemens Finance ul. Żupnicza 11,03-821 Warszawa
Numer zlecenia:	01/23/06/2024/Siemens Finance Pion Windykacji
Numer wewnętrzny:	8414
Wykonawca wyceny:	Przemysław Kalużny
Przedmiot wyceny:	Aparat ultrasonograficzny Focus&Fusion Healthcare Finus 50
Nr fabryczny:	302C8D1
Data sporządzenia wyceny:	27-06-2024



Cel i przeznaczenie wyceny

Celem wyceny jest określenie wartości rynkowej i wartości dla wymuszonej sprzedaży przedmiotu wyceny dla potrzeb określenia ceny wywoławczej na aukcji, na rzecz Siemens Finance.

Przedmiot wyceny

W dniu 25.06.2024r. przeprowadzono oględziny na terenie magazynu Famat Serwis, Worów 15.

Przedmiotem wyceny jest aparat USG stosowany w obrazowaniu i diagnostyce wielu narządów wewnętrznych,

obrazowaniu aktywności oraz diagnostyce płodu. Wykorzystywany w branży medycznej.

Dane identyfikacyjne i techniczne

Nazwa:	Aparat ultrasonograficzny
Producent:	Focus&Fusion Healthcare (Hangzhou) Co., Ltd
Typ/model:	Finus 50
Numer fabryczny:	302C8D1
Rok produkcji:	2022
Wskazanie licznika czasu pracy:	Brak danych
Monitor:	LED 15,6”
Zasilanie:	230V
Wyposażenie::	Przewód zasilający Głowica C5-1, nr seryjny: 102C221, rok produkcji: 2022

Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Urządzenie zmagazynowane na hali – zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych.
W trakcie oględzin urządzenie podłączono do zasilania i uruchomiono. Głowice podłączono do urządzenia, nie weryfikowano pracy – nie stwierdzono nieprawidłowości
Brak możliwości pełnego sprawdzenia w działaniu w warunkach magazynowych – ze względu na brak przeszkolonego operatora. Istnieje ryzyko wykrycia wad i niesprawności oraz braków w kompletacji.

Na tabliczce znamionowej znajduje się znak CE co jest deklaracją producenta że urządzenie spełnia wymagania dyrektyw UE.
Stwierdzono niewielkie ślady zużycia eksploatacyjnego – drobne zarysowania, zabrudzenia.
A ponadto:
- dedykowany wózek –brak,
- głowica L17-5– brak,

Stan urządzenia określono jako dobry.
Do oględzin nie okazano paszportu technicznego, instrukcji obsługi, deklaracji zgodności WE. Zalecany przegląd serwisowy przed dalszą eksploatacją.
Przestawiono dokumentację środka technicznego:
1. Fakturę zakupu

Podstawa metodologiczna wyceny

Biorąc pod uwagę cel i przeznaczenie wyceny, określono wartość rynkową przedmiotu wyceny i wartość przy sprzedaży w warunkach wymuszonych.

Wartość rynkowa - jest to racjonalnie określona ilość pieniędzy, którą kupujący będzie skłonny zaoferować chętnemu sprzedającemu w zamian za przedmiot transakcji, przy założeniu równości stron, bez istnienia żadnego przymusu wpływającego na decyzję o zakupie i sprzedaży, przy pełnej znajomości przedmiotu i okoliczności transakcji oraz przy zachowaniu odpowiednio długiego czasu wyeksponowania przedmiotu sprzedaży na wolnym rynku.

Powyższa wartość uwzględnia m.in. wytwórcę, rodzaj i zastosowanie maszyny, jej konstrukcję, kompletność, stan techniczny, wiek środka technicznego, okres i sposób eksploatacji, pozostały do dyspozycji przewidywany okres i sposób eksploatacji.

Podstawą działań w wyżej wymienionym celu jest:

- szczegółowa identyfikacja przedmiotu wyceny,
- ustalenia dotyczące kompletności i sprawności technicznej,
- ustalenia dotyczące eksploatacji (warunki, czas),
- ustalenia dotyczące rynku pierwotnego.

Wycena zostanie wykonana w podejściu kosztowym metodą deprecjacji kosztu zastąpienia. Podejście kosztowe oparte jest na zasadzie substytucji, tzn. przyjmuje się założenie, że świadomy, a więc poinformowany i zorientowany w warunkach rynkowych nabywca nie zapłaci więcej za przedmiot niż wynosi koszt wytworzenia przedmiotu, o tej samej użyteczności co obiekt wyceniany. Podejście to zakłada, że maksymalną wartością przedmiotu dla świadomego nabywcy jest kwota równa cenie budowy lub zakupu nowego obiektu o tej samej użyteczności. Jeśli przedmiot wyceny nie jest nowy, to aktualny koszt obiektu nowego musi zostać pomniejszony o sumę odpowiadającą wszystkim formom utraty (ubytku, deprecjacji) wartości.

W celu oszacowania wartości rynkowej środka technicznego w podejściu kosztowym metodą deprecjacji kosztu, od kosztu zastąpienia nowego środka technicznego należy odjąć odpowiednie wielkości utraty wartości: z przyczyn fizykochemicznych (fizycznych i chemicznych), funkcjonalnych (wewnętrznych) i ekonomicznych (zewnętrznych).

Informacje o rynku i cenach

Cena sprzedaży używanych urządzeń tego typu zależą od parametrów, wyposażenia, producenta, stanu i wieku. Na rynku wtórnym nie znaleziono ofert podobnych przedmiotów, na podstawie których można by przeprowadzić wycenę w podejściu porównawczym. W związku z powyższym wycenę przeprowadzono w podejściu kosztowym.

Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.

- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa.




Focus & Fusion
Finus


Ultrasound Diagnostic Systems
MODEL : Finus 50
INPUT : 19V 7.89A
2022-05
EC REP
SN
302C8D1



Finus



Focus & Fusion
Finus


SN
102C221


C5-1


C5-1
IPX7
0197


11:15:19
C5-1
Adult ABD
MI 0.97 TIS 0.9 AP 100 %
Finus 50
B
H 3.3~6.8 MHz
D 16 cm
G 64
FR 26 Hz
DR 149 dB
FA 1
SNS 8


Name:
Gender:
25-06-2024 11:15:19
C5-1
Adult ABD
MI 0.97 TIS 0.9 AP 100 %
Finus 50
B
H 3.3~6.8 MHz
D 16 cm
G 64
FR 26 Hz
DR 149 dB
FA 1
SNS 8
Finus


Auto
X3
Save
Freeze


Dynamic Range
SNR
Gray Rejection
Gray Map
Tint Map
Off
Finus 50

Focus & Fusion

