WYCENA WARTOŚCI

Zamawiający:	Siemens Finance ul. Żupnicza 11,03-821 Warszawa
Numer zlecenia:	103/11/03/2025/Siemens Finance Pion Windykacji
Numer wewnętrzny:	8515
Wykonawca:	Artur Kawęcki
Przedmiot wyceny:	Urządzenie medyczne EMED ARGO PLASMA
Nr fabryczny:	501965
Data sporządzenia wyceny:	20-03-2025



Cel i przeznaczenie wyceny

Celem wyceny jest określenie wartości rynkowej i wartości dla wymuszonej sprzedaży przedmiotu wyceny dla potrzeb określenia ceny wywoławczej na aukcji, na rzecz Siemens Finance.

Przedmiot wyceny

W dniu 13.03.2025r. przeprowadzono oględziny na terenie magazynu Famat Serwis, Ostrowiec 1A, 05-650 Chynów.

Przedmiotem wyceny jest urządzenie medyczne EMED ARGO PLASMA bazujące na wykorzystaniu argonu, który w połączeniu z falami radiowymi tworzy plazmę argonową. Znajduje zastosowanie w branży kosmetycznej oraz medycznej w celu obkurczania tkanek miękkich i skóry.

Dane identyfikacyjne i techniczne

Nazwa:	Urządzenie medyczne
Producent:	EMED
Model:	ARGO PLASMA
Numer fabryczny:	501965
Rok produkcji:	2022
Wyświetlacz:	10 ''
Częstotliwość robocza:	333 kHz
Moc:	Monopolar CUT – 400 W Monopolar COAG – 200 W Bipolar CUT – 400 W Bipolar COAG – 400 W
Zasilanie:	230 V
Wyposażenie:	Przewód zasilający Wózek SpectrumLine z szafką na butle argonowe do aparatów elektrochirurgicznych, nr seryjny: 510747, rok produkcji: 2022 Butla argonowa z reduktorem Kabel elektrody neutralnej

Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Urządzenie zmagazynowane na hali – zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych.

W trakcie oględzin urządzenie podłączono do zasilania i uruchomiono. Urządzenie uruchomiło się, dokonano przejścia przez menu – nie stwierdzono nieprawidłowości. Brak możliwości pełnego sprawdzenia w działaniu w warunkach magazynowych. Istnieje ryzyko wykrycia wad i niesprawności oraz braków w kompletacji.

Na tabliczce znamionowej znajduje się znak CE co jest deklaracją producenta że urządzenie spełnia wymagania dyrektyw UE.

Stwierdzono ślady zużycia eksploatacyjnego – zarysowania, zabrudzenia.

Dodatkowo stwierdzono:

- jednorazowe elektrody neutralne – brak,

- zestaw AP (rękojeść z kablem oraz elektrody argonowe) – brak,

Stan urządzenia określono jako dostateczny.

Do oględzin nie okazano instrukcji obsługi, paszportu technicznego.

Na podstawie danych z oprogramowania oraz naklejki serwisowej przegląd techniczny ważny do 12.06.2025, poprzednie przeglądy wykonane: 20.06.0223 oraz 15.06.2024.

Przestawiono dokumentację środka technicznego:

1. Fakturę zakupu

Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.


Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa poniżej.








emed
Electrosurgical unit Argo Plasma
2274
REF 100-014
SN 50 1965
Power Supply 220-240V
Supply frequency 50/60 Hz
Power consumption 1350 VA
Mains fuses 2 x T 5A / 250V
Protection class I
Type of applied part CF
IP Class IP2X
Monopolar CUT 400 W (100 Ohm)
Monopolar COAG 200 W (150 Ohm)
Bipolar CUT 400 W (150 Ohm)
Bipolar COAG 400 W (10 Ohm)
Working frequency 333 kHz
Normal duty cycle 10s ON / 30s OFF
EMED SP. Z O. O. SP. K.
ul. Ryżowa 68A, PL-05816 Opacz-Kolonia
www.emed.pl
Made in EU
Argon II (4-5 bar)
Argon I (4-5 bar)
Main fuses 2 x 5A (250V) T





emed
380-030
LOT 22200




emed
EN: SpectrumLine trolley with argon cylinder case for electrosurgical units
PL: Wózek SpectrumLine z szafką na butle argonowe do aparatów elektrochirurgicznych
REF 080-100
SN 51 0747
2022-02-25
Argon Cylinder 2 x (5 l / 10 l)
Max. Load 50 kg
Total Weight 28 kg


EMED SP. Z O. O. SP. K.
ul. Ryżowa 69A, PL-05816 Opacz-Kolonia
Argon II (4-5 bar)
Argon I (4-5 bar)



Main Footswitch
Alternative Footswitch
Service


Argo Plasma
OUT1
OUT2
OUT3
OUT4
argon
neutral


5: Wagino
G1
OUT1
OUT2
OUT3
OUT4
Menu
Argon


OUT1
OUT2
OUT3
OUT4
argon
neutral


Nazwa Programu
5: Wagino
Nazwa Grupy
G1
Termin przeglądu
Termin przeglądu aparatu:
2025-06-12
Do końca terminu pozostało dni:
91
Wcześniejsze przeglądy:
Ważny do 2024-06-15
Ważny do 2023-06-20
Argon


Nazwa Programu
5: Wagino
Nazwa Grupy
G1
Informacje o aparacie
Typ aparatu ARGO PLASMA
Numer seryjny 501965
Wersja oprogramowania 1.11.S.33.1
Konfiguracja wyjść SMSB
Argon Włączone
ThermoStapler® Wyłączone
Pakiety trybów ARGO PLASMA
Data i czas (UTC) (dd-mm-yy)13-03-25
(hh:mm:ss)14:50:15
Powrót
Argon


Nazwa Programu
5: Wagino
G1
OUT1
OUT2
OUT3
OUT4
Menu
TRYB
EFEKT
MOC
MONO CUT
3
50
FORCED COAG
2
45
Argon