eRZECZOZNAWCY

WYCENA WARTOŚCI



PÓŁAUTOMATYCZNY ANALIZATOR MOCZU URIT 50

Zamawiający wycenę:	**Siemens Finance Sp. z o.o.** **ul. Żupnicza 11, 03-821 Warszawa**
Numer zlecenia:	26/09/07/2026/Siemens Finance Pion Windykacji
Numer wewnętrzny:	8784
Nr fabryczny:	50-20393E
Autor wyceny:	Inż. Artur Kawęcki

CEL I PRZEZNACZENIE WYCENY

Celem wyceny jest określenie wartości rynkowej i wartości dla wymuszonej sprzedaży przedmiotu wyceny dla potrzeb określenia ceny wywoławczej na aukcji, na rzecz Siemens Finance.

IDENTYFIKACJA PRZEDMIOTU WYCENY

W dniu 10.07.2026r. przeprowadzono oględziny w miejscowości Słomczyn, ul. Metalowa 10, 05-600 Grójec.

Przedmiotem wyceny jest półautomatyczny analizator moczu UTIR 50 przeznaczony wyłączenie do diagnostyki zewnętrznej prze wykwalifikowany personel. Urządzenie współpracuje z testami paskowymi URIT 11G w celu oznaczeni w moczu, pH, azotynów, glukozy, białka, krwi, ciężaru właściwego, bilirubiny, urobilinogenu, ketony, leukocytów oraz kwasu askorbinowego.

DANE IDENTYFIKACYJNE

Nazwa:	Półautomatyczny analizator moczu
Producent:	URIT
Typ/model:	UTIR 50
Numer fabryczny:	50-20393E
Czas pracy:	Brak
Rok produkcji:	2020

PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE

Testy paskowe:	URIT 10G,11G
Zasada działania:	Fotometria odbicia
Wydajność:	60 próbek/godzinę
Tryb pracy:	Pojedynczy oraz ciągły
Pamięć:	Do 5000 próbek
Waga:	2 kg
Zasilanie:	230V
Wyposażenie:	Drukarka termiczna Papier do drukarki Przewód zasilający

STAN TECHNICZNY I DOKUMENTACJA

Urządzenie znajduje się w hali magazynowej, zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych.

W trakcie oględzin urządzenie podłączono do zasilania i uruchomiono. Po wykonaniu testu urządzenie uruchomiło się – nie stwierdzono błędów na wyświetlaczu. Brak możliwości pełnego sprawdzenia w działaniu w warunkach magazynowych ze względu na brak przeszkolonego operatora. Istnieje ryzyko wystąpienia wad i niesprawności oraz braków w kompletacji w warunkach pracy.

Urządzenie nosi typowe ślady zużycia eksploatacyjnego –zarysowania, zabrudzenia itp.

Dodatkowo stwierdzono:

- zestaw testów paskowych – brak,

Szczegółowy stan urządzenia na załączonej dokumentacji zdjęciowej.

Na tabliczce znamionowej znajduje się znak CE co jest deklaracją producenta że urządzenie spełnia wymagania dyrektyw UE.

Do oględzin nie okazano paszportu technicznego, historii serwisowania, eksploatacji. Brak informacji odnośnie ważnego przeglądu technicznego.

Stan urządzenia określa się jako dostateczny.

Przestawiono dokumentację środka technicznego:

1. Fakturę zakupu
2. Instrukcję obsługi w języku Polskim

Uwaga:

Oględziny przedmiotu zostały przeprowadzone na placu i dotyczyły sprzętu poleasingowego, bez możliwości weryfikacji w działaniu i/lub uruchomienia. W związku z tym ocena stanu technicznego opiera się wyłącznie na oględzinach wizualnych.

W związku z tym istnieje możliwość ujawnienia uszkodzeń i usterek poza opisanymi w wycenie, w trakcie uruchomienia i eksploatacji przedmiotu.

Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin przedmiotu we własnym zakresie, najlepiej przy udziale wybranego serwisu lub mechanika/serwisanta, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego i kompletności przed udziałem w aukcji.

CE:

Rzeczoznawca nie dokonał weryfikacji, czy przedmiot spełnia wymagania dyrektywy maszynowej UE. Ocena stanu technicznego maszyny opiera się wyłącznie na oględzinach oraz informacjach umieszczonych na tabliczce znamionowej, a także na ewentualnie okazanej dokumentacji. Dokumentacja ta nie była jednak weryfikowana pod kątem jej poprawności ani kompletności. Zalecamy przeprowadzenie dodatkowej weryfikacji zgodności maszyny z wymogami dyrektywy maszynowej we własnym zakresie, przed udziałem w aukcji i rozpoczęciem użytkowania.

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE

Sporządzający niniejszą wycenę zastrzega, że:


- Niniejsza wycena została sporządzona wyłącznie w celu określenia wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnych innych celów niż wskazane w niniejszym opracowaniu. W szczególności nie stanowi podstawy do oceny stanu technicznego ani przydatności przedmiotu wyceny do zakupu.
- Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu wyceny, zarówno prawne, jak i fizyczne, ani za skutki wynikające z jego dalszej eksploatacji lub wykorzystania niniejszej wyceny.
- Niniejsza wycena nie stanowi ekspertyzy technicznej przedmiotu wyceny i nie może być za taką uznawana. Określona wartość rynkowa nie stanowi gwarancji uzyskania ceny sprzedaży na wskazanym poziomie.
- Niniejsza wycena nie może być publikowana, kopiowana ani rozpowszechniana w całości lub w części bez uprzedniej zgody sporządzającego oraz uzgodnienia formy i zakresu jej wykorzystania.
- Wycena została sporządzona na podstawie dostarczonej dokumentacji oraz oględzin przedmiotu wyceny przeprowadzonych metodą organoleptyczną. Nie wykonywano badań diagnostycznych, pomiarów specjalistycznych ani weryfikacji warsztatowej.
- Ocenę przedmiotu wyceny przeprowadzono w warunkach istniejących w miejscu i czasie udostępnienia obiektu do oględzin.
- Nie weryfikowano poprawności, autentyczności ani zgodności numerów identyfikacyjnych i seryjnych przedmiotu wyceny z dokumentacją, jak również nie potwierdzano prawdziwości danych przekazanych przez zleceniodawcę.

DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA








URIT
PRODUCT Urine Analyzer
MODEL URIT-50
POWER 12V 30VA
URIT Medical Electronic Co., Ltd.
ON
OFF
12V
PS/2

URIT-50 Urine Analyzer
System Checking,Please Wait...
URIT-50


URIT-50
2026-07-10
Strip: 10S
14:39:33
Seq Number: 000001 Mode:Once
MENU
NO.
STRIP
START
URIT-50



URIT-50 Urine Analyzer
50-B01 V3.06.2 20200303
CopyRight:URIT MEDICAL
CANCEL
URIT-50



URIT
ON
OFF
12V
PS/2




URIT-50




URIT
URIT-50
Urine Analyzer
OPERATION MANUAL
URIT
URIT-50
Urine Analyzer
SERVICE MANUAL


URIT - 50
Analizator moczu
INSTRUKCJA OBSŁUGI
URIT Medical Electronic Co.,Ltd