Wycena wartości

Numer zlecenia:	112/20/03/2026/Siemens Finance Pion Windykacji
Numer umowy:	8697
Zleceniodawca:	Siemens Finance Ul. Żupnicza 11, 03-821 Warszawa
Miejsce przyjęcia:	Słomczyn 70, 05-600 Grójec.
Wykonawca wyceny:	Przemysław Kalużny
Przedmiot wyceny:	Aparat KTG Medical Econet Smart 3
Nr fabryczny:	
Data sporządzenia wyceny:	23-03-2026



Treść wyceny

Celem wyceny jest określenie wartości rynkowej sprzedaży przedmiotu wyceny dla potrzeb określenia ceny wywoławczej na aukcji, na rzecz Siemens Finance Sp. z o.o.

Przedmiot wyceny

Przedmiotem wyceny jest aparat KTG Medical Econet Smart 3.

Elementy składowe

Nazwa	Aparat KTG
Producent	Medical Econet
Model	Smart 3
Numer seryjny	F3C3ECA0187 (przyjęto na podstawie dokumentacji)
Data produkcji	2024 (przyjęto na podstawie dokumentacji)
Zasilanie	100–240 V
Częstotliwość próbkowania	1 MHz
Tętno płodu (FHR):	50–240 bpm
Waga	Ok 3kg
Wyposażenie	2 głowice FHR (1 głowica TOCO pas CTG kabel zasilający

Opis stanu technicznego

Podczas przyjęcia na magazyn elektrokardiograf nie został uruchomiony ani sprawdzony pod względem funkcjonalnym z uwagi na brak operatora. W związku z tym nie przeprowadzono testów działania ani weryfikacji poprawności pracy aparatu.
W związku z powyższym istnieje ryzyko ujawnienia ewentualnych wad, usterek lub nieprawidłowości dopiero po uruchomieniu urządzenia w warunkach roboczych.
Wizualnie przedmioty w stanie dobrym bez widocznych istotnych uszkodzeń. Dane techniczne przyjęto na podstawie informacji widniejących w witrynie internetowej producenta. Nie odnaleziono tabliczki identyfikacyjnej.

Opis stanu technicznego wykonano na podstawie dokumentacji zdjęciowej przekazanej prze zleceniodawcę.

Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa








MD 24 B




US
PYZ07146
US
PY706038
TOCO


PYZ07148
US
Ultrasound


PYZ06038
US
TOCO


PVZ10098


SMART 3
Quick Guide


WARNING